

Opole, dn. 07.02.2017 r.

L. dz... 187 /DO/2017

Nr sprawy ZP 1/2017

**Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia
publicznego**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę pojemników z tworzyw sztucznych do pobierania i preparatyki krwi.

W związku z prośbą o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając w trybie art.38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zmianami) zwanej dalej ustawą, wyjaśniam, co następuje:

Pytanie 1


Czy Zamawiający w myśl zasady równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji dopuści pojemniki potrójne góra/dół 3 x 600 ml przeznaczone do poboru 450 ml krwi i jej składników?

Odpowiedź:

Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia nie ograniczył pojemności pojemników, jedynie wskazał ilość pobieranych płynów. Wykonawca winien zaoferować pojemniki w rozmiarach pozwalających na przechowywanie wskazanych pojemności.

Pytanie 2

AD Rys nr 1. Czy Zamawiający w myśl zasady równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji dopuści pojemnik o następującej budowie:





Odpowiedź:

Tak. Podany w opisie przedmiotu zamówienia schemat zestawu do poboru krwi jest przykładowym schematem.

Pytanie 3 -Parametry użytkowo techniczne:

AD.1. Czy Zamawiający w myśl zasady równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji dopuści pojemnik pozbawiony dodatkowego wieczka i zrezygnuje z przyznania dodatkowej punktacji za ten parametr lub przyzna 8 pkt. za inne skuteczne rozwiązanie chroniące przed przypadkowym zakłuciem.

Wyjaśnienie: Oferowany przez nas pojemnik posiada rozwiązanie oparte o system bezpiecznej igły chowanej w obudowie po usunięciu z żyły dawcy bez możliwości jej ponownego wysunięcia co stanowi zabezpieczenie przed przypadkowym zakłuciem.

Odpowiedź:

Zamawiający nie rezygnuje z dodatkowego przyznania punktów za dodatkowe zabezpieczenie przed zakłuciem. Podane przez Wykonawcę w wyjaśnieniach zabezpieczenie przed zakłuciem igły pobraniowej jest obligatoryjne, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (pkt. 6 zał. nr 1A do SIWZ) i nie może być dodatkowo punktowane.

Jednocześnie działając zgodnie z art.38 ust.4 ustawy, zamawiający informuje, że Zmienia się treść Załącznika 1A – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w pkt. 3 lit a który otrzymuje brzmienie:

„a) pojemnik o wymiarach zapewniających umieszczenie pełnego pojemnika (z 250 ml osocza) w pudełku o wymiarach wewnętrznych **135x245 mm** bez konieczności zaginania pojemnika w miejscu, w którym znajduje się osocze.⁶”

W związku z powyższym zamawiający **przedłuża termin składania ofert do dnia 10.02.2017 r. i jednocześnie dokonuje zmiany w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia** w sposób następujący:

1. W pkt. 9 ppkt 7 zapis otrzymuje brzmienie:

„4. W interesie wykonawcy zaleca się, aby ofertę złożyć w opakowaniu opisanym:

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
45-372 Opole, ul. Końskiego 55

OFERTA W PRZETARGU NA:
„DOSTAWA POJEMNIKÓW DO POBIERANIA I PREPARATYKI KRWI ”
Nr sprawy ZP 1/2017

nie otwierać przed dniem: 10.02.2017 r., do godz. 12:15

2. W pkt. 10.1 SIWZ zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„Oferty należy składać do dnia **10.02.2017 r.** do godz.12:00 w siedzibie zamawiającego, tj. w Sekretariacie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu przy ul: Końskiego 55 (pok. nr 4).

3. W pkt. 10.2 SIWZ zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„Otwarcie ofert nastąpi dnia **10.02.2017 r.** do godz.12:15 w siedzibie zamawiającego tj. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu przy ul: Końskiego 55, pok. nr 4.

DYREKTOR
REGIONALNEGO CENTRUM
KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA
w OPOLU

Dr n. med. Iwona Rajca-Biernacka
Spec.lab.transfuzjologii medycznej

