

**WYMAGANIA TECHNICZNE DOTYCZĄCE ZGRZEWARKI
/FORMULARZ OFERTOWY – Zadanie nr 1**

Nazwa handlowa oferowanego urządzenia:

Nazwa producenta zgrzewarki :

| Lp. | Wyszczególnienie | Oferowane parametry (należy wpisać oferowany parametr lub podać nr strony w specyfikacji technicznej producenta, w której opisano parametr) |
|--|--|---|
| ZGRZEWARKA DO STERYLNEGO ŁĄCZENIA DRENÓW | | |
| 1. | Zautomatyzowany proces zgrzewania | |
| 2. | Możliwość wykonania sterylnych zgrzewów | |
| 3. | Odpadowe odcinki drenów zostają zgrzane po procesie łączenia | |
| 4. | Możliwość wykonania minimum 2 połączeń w ciągu minuty | |
| 5. | Możliwość wykonania połączeń drenów: pełny-pełny; pełny-pusty; pusty-pusty | |
| 6. | Możliwość udroźnienia drenu na każdym etapie preparatyki | |
| 7. | Zgrzewanie wszystkich rodzajów drenów przy pojemnikach używanych do pobierania i preparatyki krwi | |
| 8. | Wyświetlacz informujący o etapie pracy oraz o nieprawidłowym przebiegu procesu | |
| 9. | Alarmy o błędach w pracy urządzenia – wizualne i dźwiękowe | |
| 10. | Zasilanie 230 V / 50 – 60 Hz | |
| 11. | Urządzenie posiada znak zgodności CE | Tak / Nie |
| 12. | Wykonawca zapewni bezpłatne przeglądy i walidacje instalacyjne, oraz przeprowadzi przeglądu okresowe (po 12 m-cu użytkowania) oraz po każdej naprawie). | Tak / Nie |
| 13. | Jeżeli naprawa urządzenia będzie trwała powyżej 48 h od momentu przystąpienia do usunięcia usterki Wykonawca dostarczy na ten czas urządzenie zastępcze o takich samych parametrach. | Tak / Nie |
| 14. | Wykonawca dostarczy nieodpłatnie materiały zużywalne niezbędne do przeprowadzenia walidacji przez Zamawiającego (jedna walidacja: 20 zgrzewów) przy dostawie urządzenia oraz przy każdorazowej wymianie lub naprawie urządzenia. | Tak / Nie |
| 15. | W przypadku napraw lub wymiany urządzenia Wykonawca każdorazowo pokryje koszty badań mikrobiologicznych niezbędnych do przeprowadzenia ponownej walidacji (koszt jednorazowej walidacji wynosi ok. 400 zł) na podstawie refaktury wystawionej przez Zamawiającego. | Tak / Nie |
| MATERIAŁY ZUŻYWALNE DO WYKONANIA 15000 ZGRZEWÓW | | |
| 1. | Rodzaj (nazwa) materiałów niezbędna do wykonania 15000 zgrzewów. | |
| 2. | Okres ważności min. 12 m-cy | |
| PARAMETRY DODATKOWO PUNKTOWANE W KRYTERIUM PARAMETRY UŻYTKOWE | | |
| 1. | Możliwość łączenia krótkich drenów o długości 4 cm przy jednoczesnym zapewnieniu jednoosobowej obsługi. | Tak / Nie |
| 2. | Szerokość całkowita (wraz z podpórkami na worki) | |

.....
podpisy i pieczęcie osób upoważnionych do reprezentowania firmy