

**WYMAGANIA TECHNICZNE DOTYCZĄCE ZGRZEWARKI  
/FORMULARZ OFERTOWY – Zadanie nr 1**

Nazwa handlowa oferowanego urządzenia: .....

Nazwa producenta zgrzewarki : .....

Lp.	Wyszczególnienie	Oferowane parametry (należy wpisać oferowany parametr lub podać nr strony w specyfikacji technicznej producenta, w której opisano parametr)
<b>ZGRZEWARKA DO STERYLNEGO ŁĄCZENIA DRENÓW</b>		
1.	Zautomatyzowany proces zgrzewania	
2.	Możliwość wykonania sterylnych zgrzewów	
3.	Odpadowe odcinki drenów zostają zgrzane po procesie łączenia	
4.	Możliwość wykonania minimum 2 połączeń w ciągu minuty	
5.	Możliwość wykonania połączeń drenów: pełny-pełny; pełny-pusty; pusty-pusty	
6.	Możliwość udroźnienia drenu na każdym etapie preparatyki	
7.	Zgrzewanie wszystkich rodzajów drenów przy pojemnikach używanych do pobierania i preparatyki krwi	
8.	Wyświetlacz informujący o etapie pracy oraz o nieprawidłowym przebiegu procesu	
9.	Alarmy o błędach w pracy urządzenia – wizualne i dźwiękowe	
10.	Zasilanie 230 V / 50 – 60 Hz	
11.	Urządzenie posiada znak zgodności CE	Tak / Nie
12.	Wykonawca zapewni bezpłatne przeglądy i walidacje instalacyjne, oraz przeprowadzi przeglądu okresowe (po 12 m-cu użytkowania) oraz po każdej naprawie).	Tak / Nie
13.	Jeżeli naprawa urządzenia będzie trwała powyżej 48 h od momentu przystąpienia do usunięcia usterki Wykonawca dostarczy na ten czas urządzenie zastępcze o takich samych parametrach.	Tak / Nie
14.	Wykonawca dostarczy <b>nieodpłatnie</b> materiały zużywalne niezbędne do przeprowadzenia walidacji przez Zamawiającego (jedna walidacja: 20 zgrzewów) przy dostawie urządzenia <b>oraz przy każdorazowej wymianie lub naprawie urządzenia.</b>	Tak / Nie
15.	W przypadku napraw lub wymiany urządzenia Wykonawca każdorazowo pokryje koszty badań mikrobiologicznych niezbędnych do przeprowadzenia ponownej walidacji (koszt jednorazowej walidacji wynosi ok. 400 zł) na podstawie refaktury wystawionej przez Zamawiającego.	Tak / Nie
<b>MATERIAŁY ZUŻYWALNE DO WYKONANIA 15000 ZGRZEWÓW</b>		
1.	Rodzaj (nazwa) materiałów niezbędna do wykonania <b>15000</b> zgrzewów.	
2.	Okres ważności min. 12 m-cy	
<b>PARAMETRY DODATKOWO PUNKTOWANE W KRYTERIUM PARAMETRY UŻYTKOWE</b>		
1.	Możliwość łączenia krótkich drenów o długości 4 cm przy jednoczesnym zapewnieniu jednoosobowej obsługi.	Tak / Nie
2.	Szerokość całkowita (wraz z podpórkami na worki)	

.....  
podpisy i pieczęcie osób upoważnionych do reprezentowania firmy