



L. dz. ⁶²² /DO/2017

Opole, dn. 24.07.2017 r.

Nr sprawy ZP 3/2017

**Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia
publicznego**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem zamówienia jest „Dostawa testów do badania markerów wirusologicznych przenoszonych drogą krwi oraz kily tj. testy wirusologiczne: HBsAg z testami potwierdzenia, testy wirusologiczne anty-HCV, testy wirusologiczne anty-HIV 1/2 oraz testy kilowe w kierunku wykrycia przeciwciał przeciwko *Treponema pallidum* i materiały zużywalne kalibracyjne, kontrolne wraz z dzierżawą kompletnej aparatury niezbędnej do wykonywania badań za pomocą przedmiotowych rodzajów testów”.

W związku z prośbą o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając w trybie art.38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zmianami) zwanej dalej ustawą, wyjaśniam, co następuje:

Pytanie 46.

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający przyzna po 2 pkt dla każdego testu, w przypadku zaoferowania testów gotowych do użycia, które po wyjęciu z lodówki, a przed umieszczeniem w rotorze odczynnikowym, należy doprowadzić do temperatury ok. 20 st. C.

Pragniemy zauważyć, że na każdym z oferowanych przez nas analizatorów można jednocześnie umieścić 25 kaset odczynnikowych i kasety te mogą być przechowywane na pokładzie bez konieczności przenoszenia do lodówki.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający przyzna po 2 pkt dla każdego testu, w przypadku zaoferowania testów gotowych do użycia, jeżeli pojemność aparatu i specyfika testów nie będzie wymagała codziennego przygotowania testów a tym samym opóźnienia startu wykonywania badań.

Wszystkie udzielone przez Zamawiającego odpowiedzi na zadane pytania, wyjaśnienia, uzupełnienia oraz zmiany stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i są wiążące dla Wykonawców.

DYREKTOR
REGIONALNEGO CENTRUM
KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA
w OPOLU
Dr n. med. Iwona Rajca-Biernacka
Spec.lab.transfuzjologii medycznej

