

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**  
**/FORMULARZ OFERTY**

**Roztwór antykoagulacyjny do aferezy automatycznej ACD(A) - w ilości 220 szt.**

<b>Lp.</b>	<b>Charakterystyka produktu (minimalne wymagania zamawiającego)</b>	<b>Parametry oferowane</b>
1	Apirogenny, Ph 5, roztwór powinien być przygotowany w pojemniku z tworzywa sztucznego (PCW), pojemnik typu worek o objętości 500 ml	
2	Pojemnik z portem do podłączenia plastikowego przebijaka zestawu do pobierania płytek krwi na posiadanych separatorach komórkowych AMICUS i MCS+	
3	Centralnie na dolnej krawędzi pojemników z antykoagulantem powinno znajdować się podłużne nacięcie materiału pojemnika o długości ok. 2 cm, umożliwiające zawieszenie pojemników na haczykach statywów	
4	Pojedyncze pojemniki muszą być zamknięte w opakowaniach zabezpieczających. Opakowanie zabezpieczające ma zapewnić zachowanie jałowości i apirogenności pojemników oraz odpowiednią wilgotność w czasie przechowywania. Pojemniki w opakowaniach zabezpieczających muszą być zapakowane w odporne na uszkodzenia opakowania zbiorcze. Opakowanie zbiorcze może zawierać pojemniki tylko jednej serii.	
5	Termin ważności - co najmniej 18 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego	

.....  
*podpisy i pieczęcie osób upoważnionych do reprezentowania wykonawcy*