



REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W OPOLU

45 - 372 Opole, ul. Kośnego 55
tel. centrala 77 4410 600, 774410700
sekretariat 77 4410 820, fax 774410821

Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Opolu
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS: 0000009878 Regon: 000292103 NIP: 754-25-54-112

L. dz./DO/2018

Opole, dn. 05.04.2018 r.

Nr sprawy ZP 3/2018

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **dostawę sprzętu laboratoryjnego**.

W związku z prośbą o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając w trybie art.38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zmianami) zwanej dalej ustawą, wyjaśniam, co następuje:

Pytanie 1:

Dotyczy zadania numer 1 - Urządzenie do suchego rozmrażania osocza

A.D 10 - Czy Zamawiający poprzez element zabezpieczający przed zalaniem w przypadku nieszczelności pojemnika, rozumie system sygnalizujący takowy wyciek (poprzez sygnał dźwiękowy, oraz zatrzymanie mieszania składnika), co pozwala zapobiec zalaniu urządzenia?

Odpowiedź:

Poprzez element zabezpieczający przed zalaniem w przypadku nieszczelności pojemnika, zamawiający rozumie taką budowę urządzenia lub element dodatkowy wyposażenia, który zabezpieczy urządzenie przed zalaniem.

Pytanie 2:

Dotyczy zadania numer 2 - Wirówka laboratoryjna do preparatyki krwi wraz z wyposażeniem

Niniejszym działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579; dalej: „ustawa pzp”), zwracamy się o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia; dalej: „siwz”, w zakresie zadania nr 2.

Zamawiający regulacjami Załącznika nr 1B do siwz, określił zakres wymagań minimalnych dla przedmiotu zamówienia w postaci wirówki laboratoryjnej do preparatyki krwi wraz z wyposażeniem. Mając na względzie fakt, że w obrocie gospodarczym występują różne rodzaje wirówek do preparatyki krwi, które posiadają różne ograniczenia co do czasu ich używania, wnosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wirówki, która w Instrukcji Używania wskazuje na fakt, że po 150.000 cyklach lub 15 latach w zależności co nastąpi pierwsze, wirówka musiała być wycofana z używania.

Odpowiedź:

Zamawiający w specyfikacji istotnych warunków zamówienia określił minimalne wymagania dotyczące oferowanych urządzeń.

DYREKTOR
REGIONALNEGO CENTRUM
KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA
W OPOLU
Iwona Rajca-Biernacka
Dr n. med. Iwona Rajca-Biernacka
Specj. lab. transfuzjologii medycznej

