



REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W OPOLU

45 - 372 Opole, ul. Kośnego 55
tel. centrala 77 4410 600, 774410700
sekretariat 77 4410 820, fax 774410821

Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Opolu
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS: 0000009878 Regon: 000292103 NIP: 754-25-54-112

L. dz.⁶⁴⁴.../DO/2018

Opole, dn. 22.08.2018 r.

Nr sprawy ZP 6A/2018

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **dostawę mikrokuwet, krwi kontrolnej i materiałów zużywalnych wraz dzierżawą hemoglobinometrów do oznaczania stężenia hemoglobiny.**

W związku z prośbą o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając w trybie art.38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zmianami) zwanej dalej ustawą, wyjaśniam, co następuje:

Pytanie 1:

Czy zamawiający dopuści hemoglobinometr, który umożliwia wpisanie komentarza (przy otrzymanym wyniku) wybranego z listy komentarzy?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 2:

Czy zamawiający dopuści hemoglobinometr, który przechowuje w pamięci urządzenia, co najmniej 200 wyników pomiarów kontroli Jakości?

Odpowiedź:

Tak. Zgodnie z wymaganiami określonymi w zał. nr 1A do SIWZ.

Pytanie 3:

Czy zamawiający wymaga wyposażenia hemoglobinometrów w klawiatury, czy może dostarczenia klawiatury w przypadku awarii urządzenia?

Odpowiedź:

Zgodnie z wymaganiami określonymi w zał. nr 1A do SIWZ, zamawiający wymaga aby aparat posiadał możliwość identyfikacji próbki badanej i kontrolnej poprzez kod kreskowy w standardzie ISBT 128 za pomocą czytnika kodów i **alternatywną możliwość wprowadzenia kodu próbki za pomocą ekranu dotykowego lub klawiatury** (w przypadku uszkodzenia kodu kreskowego). W związku z powyższym w przypadku braku ekranu dotykowego, hemoglobinometry muszą być wyposażone w klawiaturę. Ze względu na fakt, iż 6 z 12 urządzeń stanowią back-up, dopuszcza się zaoferowanie jednej klawiatury do dwóch urządzeń tj. 6 hemoglobinometrów z klawiaturą i 6 szt. bez klawiatury.





REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W OPOLU

45 - 372 Opole, ul. Kośnego 55
tel. centrala 77 4410 600, 774410700
sekretariat 77 4410 820, fax 774410821

Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Opolu
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS: 0000009878 Regon: 000292103 NIP: 754-25-54-112

Pytanie 4:

Czy zamawiający wymaga dostarczenia hemoglobinometrów z roku 2018?

Odpowiedź:

Zgodnie z wymaganiami określonymi w zał. nr 1A do SIWZ zamawiający wymaga aby zaoferować urządzenia wyprodukowane nie wcześniej niż w 2017 r.

Pytanie 5:

Czy zamawiający wymaga, aby aparat umożliwił automatyczną transmisję wyników badań do systemu IBS drogą kablową po złączu USB?

Odpowiedź:

Zgodnie z wymaganiami określonymi w zał. nr 1A do SIWZ, nie ma takiego wymogu.

DYREKTOR
REGIONALNEGO CENTRUM
KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA
w OPOLU
Dr n. med. Iwona Rajca-Biernacka
Spec. lab. transfuzjologii medycznej

