

WYMAGANIA TECHNICZNE DOTYCZĄCE ZGRZEWARKI /FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa handlowa oferowanego aparatu:

Nazwa producenta zgrzewarki:.....

Lp.	Parametry zgrzewarki	Oferowane parametry (należy wpisać oferowany parametr lub podać nr strony w specyfikacji technicznej producenta, w której opisano parametr)
1.	Zgrzewarka fabrycznie nowa (rok produkcji: 2018)	
2.	Zgrzewarka automatyczna w kształcie pistoletu, przeznaczona do użycia mobilnego	
3.	Głowica zgrzewarki z napędem, zapewniająca w pełni automatyczny proces zgrzewania po naciśnięciu przycisku uruchamiającego	
4.	Dren automatycznie przytrzymywany w głowicy podczas procesu zgrzewania	
5.	Urządzenie wyposażone w uchwyt stołowy przeznaczony dla akumulatora i zgrzewarki	
6.	Zasilana akumulatorem litowo-jonowy o wysokiej pojemności	
7.	Możliwość wykonania 1500 zgrzewów po każdym naładowaniu baterii	
8.	Zgrzewy umożliwiające ręczne rozdzielenie segmentów bez użycia narzędzi	
9.	Wizualna i akustyczna informacja o błędach zgrzewania	
10.	Efektywne zgrzewanie drenów wszystkich dostępnych na polskim rynku pojemników do pobierania krwi i zestawów do aferez automatycznych	
11.	Zabezpieczenie przed przegrzaniem – możliwość wykonania 100 zgrzewów w jednym ciągu bez alarmu przegrzania	
12.	Łatwy, bez użycia narzędzi demontaż automatycznej głowicy w celu jej wyczyszczenia	
13.	Wskaźnik stanu baterii, dźwiękowy alarm sygnalizujący zbliżające się rozładowanie baterii	
14.	Ładowarka kończąca proces ładowania automatycznie	
15.	Pełne ładowanie w ciągu 1,5 godziny, brak „efektu pamięci” akumulatora	
16.	Obudowa akumulatora wytrzymała na uszkodzenia mechaniczne	
17.	Zgrzewarka i pakiet zasilający muszą być umieszczone w walizce przenośnej	
18.	Waga zestawu (bez walizki) nie przekraczająca 2,0 kg	
19.	Zasilanie 230/240V, 50/60Hz	
20.	Urządzenie medyczne, oznaczone znakiem CE	
21.	Możliwość zgrzewania drenów zestawu do którego podłączony jest dawca	

22.	Gwarancja min 24 miesiące	
23.	Kwalifikacja instalacyjna i operacyjna oraz naprawy wykonywane przez autoryzowany serwis.	
24.	Bezpłatne walidacje po uruchomieniu urządzeń oraz po 12 miesiącach i po 24 miesiącach od daty instalacji, a także po każdej naprawie w czasie trwania gwarancji.	

.....
podpisy i pieczęcie osób upoważnionych do reprezentowania firmy