

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA **/FORMULARZ OFERTY**

Filtr laboratoryjny do preparatyki ubogoleukocytarnej KKP – w ilości 900 szt.

Nazwa handlowa oferowanego produktu:

Nr ref.:

Lp.	Charakterystyka produktu (minimalne wymagania zamawiającego)	Potwierdzenie spełniania wymagań (wpisać TAK lub NIE)
1	Zestawy jałowe, apirogenne, jednorazowego użytku, będące zamkniętym układem połączonych drenami elementów: — filtr leukocyтарny do filtrowania KKP — pusty pojemnik odbiorczy z tworzywa (tzw. pojemnik oddychający) o pojemności min. 1000 ml do min. 5-ciodniowego przechowywania uzyskanego koncentratu krwinek płytkowych.	
2	Filtry wyposażone w system odpowietrzania typu by-pass lub system analogiczny funkcjonalnie do układu by-pass umożliwiający filtrację w układzie zamkniętym w postaci dwóch króćców odpowietrzających z filtrami antybakteryjnymi,	
3	Pojemnik transportowy połączony integralnie z filtrem,	
4	Bardzo wysoka skuteczność usuwania leukocytów-po filtracji zawartość leukocytów w preparacie musi być poniżej 1×10^6 .	
5	Strata krwinek płytkowych w składniku po przefiltrowaniu nie może wynosić więcej niż 15%,	
6	Pojemnik odbiorczy oznakowany kodem produktu, numerem serii, datą ważności i znakiem CE, (dopuszcza się umieszczenie daty ważności na opakowaniu pojedynczego pojemnika)	
7	Filtry nie mogą uwalniać do krwi substancji fizycznych i chemicznych oraz nie mogą powodować hemolizy,	
8	Oferowane pojemniki muszą być oznakowane znakiem CE zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami zawartymi w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych.	
9	Termin ważności filtrów – min. 12 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego.	

.....
podpisy i pieczęcie osób upoważnionych do reprezentowania wykonawcy